

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1414101
Descrizione RDO:	N. 20 defibrillatori e n. 20 teche
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI GROSSETO 00082520537 Piazza Duomo 1 GROSSETO GR
Punto Ordinante	CLAUDIO CINI
Soggetto stipulante	Nome: CLAUDIO CINI Amministrazione: COMUNE DI GROSSETO
Codice univoco ufficio - IPA	UF0N0B
Data e ora inizio presentazione offerte:	21/11/2016 10:49
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	30/11/2016 10:46
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	25/11/2016 10:46
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	21/01/2017 10:46
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	8
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG	
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Defibrillatori e teche/20/

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	Singola	01825790478	29/11/2016 08:42
2	SATCOM SRL	Singola	01084800315	30/11/2016 08:35
3	ECHOES SRL	Singola	05432960481	23/11/2016 11:38
4	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Singola	03301251207	28/11/2016 10:38
5	A.M.I. ITALIA S.R.L.	Singola	07291540636	24/11/2016 10:48
6	CARDIAC SCIENCE SRL	Singola	01620020337	29/11/2016 17:23
7	NOVAMED SRL	Singola	02948410838	30/11/2016 10:34
8	C.A.M. HOSPITAL SRL	Singola	01897730659	29/11/2016 11:02
9	MEDVET	Singola	02367210735	29/11/2016 12:59
10	SEDA SPA	Singola	01681100150	29/11/2016 15:30
11	VINCAL	Singola	01663011003	29/11/2016 15:57
12	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	Singola	07641640961	29/11/2016 17:34

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	30/11/2016 11:58:12	30/11/2016 11:58:25

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note

C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.		nessuna		nessuna
SATCOM SRL		nessuna		nessuna
ECHOES SRL		nessuna		nessuna
ZOLL MEDICAL ITALIA SRL		nessuna		nessuna
A.M.I. ITALIA S.R.L.		nessuna		nessuna
CARDIAC SCIENCE SRL		nessuna		nessuna
NOVAMED SRL		nessuna		nessuna
C.A.M. HOSPITAL SRL		nessuna		nessuna
MEDVET		nessuna		nessuna
SEDA SPA		nessuna		nessuna
VINCAL		nessuna		nessuna
PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	30/11/2016 11:58:34	07/12/2016 08:40:23

Concorrente	SCHEDE TECNICHE DEL MATERIALE OFFERTO	
	Valutazione	Note
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	NON Approvato	il defibrillatore non è dotato di display, non ha la slot per la SD

		card, la batteria è a 9 volt anziché a 12 volt e la durata delle piastre è di 24 mesi anziché di 30 mesi.
SATCOM SRL	NON Approvato	non si capisce per quale modello di defibrillatore è stata presentata l'offerta ce ne sono 6 modelli, comunque dei 6 modelli nessuno ha la porta infrarossi per trasferimento dati e non posseggano le piastre uniche pediatriche/adulto.
ECHOES SRL	NON Approvato	non è dotato di display, non ha porta infrarossi per trasferimento dati e non ha la slot per la SD card.
ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	NON Approvato	Non sembra abbia energia di scarica a 50J per i bambini, il tempo di ricarica è di 10 sec. Anziché di 8, non sono specificati quali sono i dati visibili nel display, non ha la slot per SD card.
A.M.I. ITALIA S.R.L.	NON Approvato	non ha la porta infrarossi per trasferimento dati e sembrerebbe che non posseggano le piastre uniche pediatriche/adulto e le informazioni sul display mini LCD non sono

		pari alla richiesta.
CARDIAC SCIENCE SRL	NON Approvato	registrazione dati memoria interna 90 minuti anziché 3 ore, non ha piastre uniche pediatriche/adulto e la durata delle stesse è di 24 mesi anziché 30 mesi, non ha porta infrarossi per trasferimento dati e non ha la slot per la SD card.
NOVAMED SRL	NON Approvato	non ha la porta infrarossi per trasferimento dati e sembrerebbe che non posseggano le piastre uniche pediatriche/adulto.
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna
MEDVET	Approvato	nessuna
SEDA SPA	NON Approvato	non ha piastre uniche pediatriche/adulto, non ha display LCD, non ha la slot per SD card, non ha porta infrarossi per trasferimento dati e può archiviare fino a 4 casi anziché 5.
VINCAL	Approvato	nessuna
PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	NON Approvato	Il livello di resistenza ai liquidi e polveri è IPX4 anziché IPX5, non ha le piastre uniche pediatriche/adulto, la durata delle piastre è 24 mesi anziché 30 mesi e non ha la slot per

		SD card.
--	--	----------

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/12/2016 08:42:40	07/12/2016 08:44:54

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	NON Valutato	nessuna
SATCOM SRL	NON Valutato	nessuna
ECHOES SRL	NON Valutato	nessuna
ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	NON Valutato	nessuna
A.M.I. ITALIA S.R.L.	NON Valutato	nessuna
CARDIAC SCIENCE SRL	NON Valutato	nessuna
NOVAMED SRL	NON Valutato	nessuna
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna
MEDVET	Approvato	nessuna
SEDA SPA	NON Valutato	nessuna
VINCAL	Approvato	nessuna
PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
MEDVET	14760,00
C.A.M. HOSPITAL SRL	16992,00
VINCAL	17974,00
ECHOES SRL	Concorrente escluso
A.M.I. ITALIA S.R.L.	Concorrente escluso

ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Concorrente escluso
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	Concorrente escluso
SEDA SPA	Concorrente escluso
CARDIAC SCIENCE SRL	Concorrente escluso
PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	Concorrente escluso
SATCOM SRL	Concorrente escluso
NOVAMED SRL	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna